

定量噴霧タイプ(オルベスコ・キューバル)

操作方法	よくあるピットフォール
①薬の準備	<input type="checkbox"/> (初回のみ) 空うちを行っていない <input type="checkbox"/> ボンベがしっかりアダプターに入っていない <input type="checkbox"/> 残量を確認していない <input type="checkbox"/> 逆さに持っている
②息吐き	<input type="checkbox"/> 息吐きを行っていない <input type="checkbox"/> 姿勢は正しいか
③吸入	<input type="checkbox"/> 隙間なく、くわえられているか <input type="checkbox"/> ボンベをしっかり押し込めているか <input type="checkbox"/> 噴射と吸入が同調できているか <input type="checkbox"/> 「ゆっくり、深く」吸いこめているか <input type="checkbox"/> 薬剤が出ている間、息を吸い続けられているか
④息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑤息吐き	
⑥繰り返し	
⑦後片付け	
⑧うがい	<input type="checkbox"/> うがいをしていない <input type="checkbox"/> うがいをしているが不十分